

**Proizvod****Odmerna tikvica svetla**

**Kategorija:** Potrošni materijal / Laboratorijsko staklo / Odmerno laboratorijsko posuđe / Normalni sud

**Opis**

Oblik: Kruškasti oblik sa ravnim dnom i dugim, uskim vratom

Kalibraciona oznaka: Jedan ugravirani prsten (meniskusna linija) oko vrata pokazuje tačan nivo zapremine

Standardna temperatura: Kalibrisana da drži svoju tačnu zapreminu na 20 °C.

Čep: plastični (PP) čep

Klasa: A (najveća tačnost, najmanja tolerancija)

**Materijal**

Borosilikatno staklo

**Specifikacija**

- Boro 3.3, svetlo staklo
- DIN EN ISO 1042
- Kalibrisana da sadrži (In)
- PP čep
- A klasa
- sertifikat šarže

**Varijante proizvoda**

| Kataloški broj | Zapremina | Šlif | Napomena                      |
|----------------|-----------|------|-------------------------------|
| VF10001716     | 1ml       | 7/16 | tolerancija ( $\pm$ mL) 0,025 |

**Naziv:** Bazico Lab d.o.o.

**Adresa:** Karlovačka 35/6, Zemun

**Email:** office@bazicolab.com

**Mobilni:** +381 63 20 14 14

**Fiksni:** +381 301 89 90

**PIB:** 106978942

**MB:** 20717416

